

## 回 答 書

令和8年5月14日の紀北広域連合 紀北作業所、ゆめ向井工房 自動体外式除細動器（AED）2台の入札に関する質問について、下記のとおり回答します。

1. 質 問 内 容
仕様書 バッテリ、電極パッドの交換について、「8年間のバッテリ、電極パッドの交換を提供すること」となっておりますが、定期交換分以外の救命使用した場合については、別途ご購入していただくということよろしいでしょうか？
2. 回 答
お見込みのとおりです。 救命使用に伴う消耗品の交換については、紀北広域連合が負担します。