

回 答 書

令和8年5月21日の紀北広域連合 紀北作業所、ゆめ向井工房 自動体外式除細動器（AED）2台の入札に関する質問について、下記のとおり回答します。

1. 質 問 内 容
仕様書 保証期間 「8年以上」とありますが、機器の使用期限までは、弊社にて、定期消耗品の期限前交換や使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備を行います。 加えてお客様からのご相談やお問い合わせに対応できるコールセンター（24 時間 365日）があり、必要に応じて弊社担当者が対応する事でよろしいでしょうか。
2. 回 答
ご提示の内容で差し支えありません。