

## 回 答 書

令和8年5月21日の紀北広域連合 紀北作業所、ゆめ向井工房 自動体外式除細動器（AED）2台の入札に関する質問について、下記のとおり回答します。

1. 質 問 内 容
仕様書 その他 「メーカー純正キャリングケース」とありますが、メーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ（AED 本体、予備電極パッド、レスキューキット収納）弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。
2. 回 答
メーカー純正品と同等以上の機能を有し、AED 本体、予備電極パッド、レスキューキットを適切に収納できるものであれば差し支えありません。