

回 答 書

令和8年5月21日の紀北広域連合 紀北作業所、ゆめ向井工房 自動体外式除細動器（AED）2台の入札に関する質問について、下記のとおり回答します。

1. 質 問 内 容

仕様書 注意

「修理」とありますが、機器異常が発生した場合はお客様より弊社コールセンターへ連絡していただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂き、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰します。

修理ではなく機器交換しますので医療機器修理業の許可は不要の認識でよろしいでしょうか。

2. 回 答

ご認識のとおりです。

仕様書に記載する「修理」とは、機器異常時に速やかに正常な使用状態へ復旧させる対応を指し、機器交換による対応を含みます。